

Para 12® Extend



Multi-Parameter Assayed Hematology Control¹



2020-12-14

350307-37
2019-08

Rx Only

Open-vial stability 30 days²

Instrument ³ Abbott CELL-DYN® 1400 ³ , 1600, 1700	CONTROL ⁵ L		CONTROL ⁵ N		CONTROL ⁵ H	
	LOT 01600422		LOT 01600423		LOT 01600424	
	Parameter ⁴	\bar{x}	+/-	\bar{x}	+/-	\bar{x}
WBC 10 ⁹ /L	2.5	0.4	9.4	1.0	22.4	2.5
LYM 10 ⁹ /L	1.3	0.6	2.7	1.2	3.2	2.0
LYM %	53.6	10.0	28.5	9.0	14.1	6.0
MID 10 ⁹ /L	0.2	0.2	0.6	0.3	1.6	1.2
MID %	4.9	4.5	6.1	5.0	7.0	5.0
GRAN 10 ⁹ /L	1.0	0.8	6.1	2.0	17.7	3.5
GRAN %	41.5	10.0	65.3	9.0	79.0	8.0
RBC 10 ¹² /L	2.32	0.20	4.24	0.25	5.26	0.30
HGB g/dL	5.6	0.5	10.8	0.7	14.9	1.0
[HGB] g/L	56	5	108	7	149	10
HCT %	17.4	2.0	33.5	4.5	44.2	4.5
[HCT] L/L	0.174	0.020	0.335	0.045	0.442	0.045
MCV fL	75	6	79	7	84	7
MCH pg	24.1	2.5	25.5	2.5	28.3	2.5
MCHC g/dL	32.2	3.5	32.2	3.5	33.7	3.5
[MCHC] g/L	322	35	322	35	337	35
RDW %	21.6	5.0	21.2	5.0	20.3	5.0
PLT 10 ⁹ /L	77	25	230	35	644	85
MPV fL	NA	NA	9.3	1.5	8.9	1.5

Instrument ³ Abbott CELL-DYN® 1800**	CONTROL ⁵ L		CONTROL ⁵ N		CONTROL ⁵ H	
	LOT 01600422		LOT 01600423		LOT 01600424	
	Parameter ⁴	\bar{x}	+/-	\bar{x}	+/-	\bar{x}
WBC 10 ⁹ /L	2.0	0.4	7.3	1.0	17.5	2.5
LYM 10 ⁹ /L	1.1	0.6	2.1	1.2	2.5	2.0
LYM %	54.3	10.0	29.4	9.0	14.3	6.0
MID 10 ⁹ /L	0.2	0.2	0.6	0.3	1.6	1.2
MID %	7.6	6.0	8.3	5.0	8.9	5.0
GRAN 10 ⁹ /L	0.8	0.8	4.6	2.0	13.4	3.5
GRAN %	38.1	10.0	62.4	9.0	76.8	8.0
RBC 10 ¹² /L	2.36	0.20	4.21	0.25	5.15	0.30
HGB g/dL	5.5	0.5	10.8	0.7	14.8	1.0
[HGB] g/L	55	5	108	7	148	10
HCT %	18.4	2.0	34.5	4.5	45.3	4.5
[HCT] L/L	0.184	0.020	0.345	0.045	0.453	0.045
MCV fL	78	6	82	7	88	7
MCH pg	23.3	2.5	25.7	2.5	28.7	2.5
MCHC g/dL	29.9	3.5	31.3	3.5	32.7	3.5
[MCHC] g/L	299	35	313	35	327	35
RDW %	20.6	5.0	20.3	5.0	19.1	5.0
PLT 10 ⁹ /L	70	25	203	35	575	85
MPV fL	NA	NA	9.5	1.5	9.7	1.5

Instrument ³ Beckman Coulter® Ac-T™ Series / Ac-T diff™/ Ac-T diff 2™	CONTROL ⁵ L		CONTROL ⁵ N		CONTROL ⁵ H	
	LOT 01600422		LOT 01600423		LOT 01600424	
	Parameter ⁴	\bar{x}	+/-	\bar{x}	+/-	\bar{x}
WBC 10 ⁹ /L	2.3	0.4	8.5	1.0	21.2	2.5
LYM 10 ⁹ /L	1.2	0.6	2.4	1.2	3.0	2.0
LYM %	53.9	10.0	28.7	9.0	14.0	6.0
MID 10 ⁹ /L	0.2	0.2	0.7	0.3	2.1	1.2
MID %	6.4	6.0	8.4	5.0	10.0	5.0
GRAN 10 ⁹ /L	0.9	0.8	5.4	2.0	16.1	3.5
GRAN %	39.7	10.0	63.0	9.0	76.0	8.0
RBC 10 ¹² /L	2.20	0.20	4.12	0.25	5.17	0.30
HGB g/dL	5.2	0.5	10.4	0.7	14.5	1.0
[HGB] g/L	52	5	104	7	145	10
HCT %	16.6	2.0	32.7	4.5	43.7	4.5
[HCT] L/L	0.166	0.020	0.327	0.045	0.437	0.045
MCV fL	75.6	6.0	79.3	7.0	84.6	7.0
MCH pg	23.6	2.5	25.2	2.5	28.0	2.5
MCHC g/dL	31.3	3.5	31.8	3.5	33.2	3.5
[MCHC] g/L	313	35	318	35	332	35
RDW %	19.2	5.0	18.9	5.0	17.9	5.0
PLT 10 ⁹ /L	68	25	196	35	536	85
MPV fL	9.5	1.5	9.7	1.5	9.8	1.5

Instrument ³ Mindray BC-3200	CONTROL ⁵ L		CONTROL ⁵ N		CONTROL ⁵ H	
	LOT 01600422		LOT 01600423		LOT 01600424	
	Parameter ⁴	\bar{x}	+/-	\bar{x}	+/-	\bar{x}
WBC 10 ⁹ /L	2.2	0.4	8.4	1.0	20.7	2.5
LYM 10 ⁹ /L	1.1	0.6	2.1	1.2	2.6	2.0
LYM %	49.9	10.0	25.3	9.0	12.7	6.0
MID 10 ⁹ /L	0.2	0.2	0.7	0.3	1.8	1.2
MID %	7.9	6.0	8.1	5.0	8.5	5.0
GRAN 10 ⁹ /L	0.9	0.8	5.6	2.0	16.3	3.5
GRAN %	42.3	10.0	66.6	9.0	78.8	8.0
RBC 10 ¹² /L	2.29	0.20	4.26	0.40	5.33	0.40
HGB g/dL	5.4	0.5	10.9	1.0	15.2	1.2
[HGB] g/L	54	5	109	10	152	12
HCT %	18.5	2.5	36.0	4.5	47.5	4.5
[HCT] L/L	0.185	0.025	0.360	0.045	0.475	0.045
MCV fL	80.7	6.0	84.5	7.0	89.2	7.0
MCH pg	23.6	2.5	25.6	2.5	28.5	2.5
MCHC g/dL	29.2	3.5	30.3	3.5	32.0	3.5
[MCHC] g/L	292	35	303	35	320	35
RDW %	15.9	5.0	15.8	5.0	14.8	5.0
PLT 10 ⁹ /L	80	25	212	35	548	85
MPV fL	9.3	1.5	9.0	1.5	8.8	1.5

Instrument ³
Mindray BC-3600

Parameter ⁴	CONTROL ⁵ L		CONTROL ⁵ N		CONTROL ⁵ H	
	LOT 01600422		LOT 01600423		LOT 01600424	
	\bar{x}	+/-	\bar{x}	+/-	\bar{x}	+/-
WBC 10 ⁹ /L	2.1	0.4	7.9	1.0	19.2	2.5
LYM 10 ⁹ /L	1.1	0.6	2.3	1.2	2.8	2.0
LYM %	53.7	10.0	29.0	9.0	14.7	6.0
MID 10 ⁹ /L	0.2	0.2	0.6	0.3	1.8	1.2
MID %	6.7	6.0	8.0	5.0	9.2	5.0
GRAN 10 ⁹ /L	0.9	0.8	5.0	2.0	14.6	3.5
GRAN %	39.5	10.0	63.0	9.0	76.2	8.0
RBC 10 ¹² /L	2.29	0.20	4.27	0.40	5.34	0.40
HGB g/dL	5.2	0.5	10.5	1.0	14.8	1.2
[HGB] g/L	52	5	105	10	148	12
HCT %	17.9	2.5	34.5	4.5	45.8	4.5
[HCT] L/L	0.179	0.025	0.345	0.045	0.458	0.045
MCV fL	78.1	6.0	80.8	7.0	85.7	7.0
MCH pg	22.7	2.5	24.6	2.5	27.7	2.5
MCHC g/dL	29.1	3.5	30.4	3.5	32.3	3.5
[MCHC] g/L	291	35	304	35	323	35
RDW %	16.4	5.0	16.3	5.0	15.7	5.0
PLT 10 ⁹ /L	77	25	214	35	585	85
MPV fL	8.4	1.5	8.4	1.5	8.3	1.5

Instrument ³
ERMA PCE-210

Parameter ⁴	CONTROL ⁵ L		CONTROL ⁵ N		CONTROL ⁵ H	
	LOT 01600422		LOT 01600423		LOT 01600424	
	\bar{x}	+/-	\bar{x}	+/-	\bar{x}	+/-
WBC 10 ⁹ /L	2.1	0.4	8.4	0.7	21.0	2.5
LYM 10 ⁹ /L	1.1	0.5	2.3	0.5	2.4	1.5
LYM %	50.9	8.0	26.9	6.0	11.5	6.0
MID 10 ⁹ /L	0.2	0.2	0.5	0.3	1.1	1.0
MID %	6.0	6.0	5.5	5.0	5.0	5.0
GRAN 10 ⁹ /L	0.9	0.8	5.7	1.0	17.8	3.0
GRAN %	44.7	8.0	67.6	7.0	84.9	8.0
RBC 10 ¹² /L	2.40	0.20	4.34	0.25	5.36	0.35
HGB g/dL	5.3	0.8	11.0	0.9	15.4	1.0
[HGB] g/L	53	8	110	9	154	10
HCT %	18.7	2.0	35.2	4.5	46.2	4.5
[HCT] L/L	0.187	0.020	0.352	0.045	0.462	0.045
MCV fL	77.7	6.0	81.2	7.0	86.1	7.0
MCH pg	22.1	2.5	25.3	3.0	28.7	3.0
MCHC g/dL	28.4	3.5	31.2	3.5	33.4	3.5
[MCHC] g/L	284	35	312	35	334	35
RDW %	23.2	5.0	23.7	5.0	22.5	5.0
PLT 10 ⁹ /L	91	25	234	45	598	85
MPV fL	10.3	1.5	9.6	1.5	9.3	1.5
PDW %	12.1	3.0	11.4	1.7	11.5	1.7

Instrument ³
ABX Micros 60 /
Siemens Advia 60

Parameter ⁴	CONTROL ⁵ L		CONTROL ⁵ N		CONTROL ⁵ H	
	LOT 01600422		LOT 01600423		LOT 01600424	
	\bar{x}	+/-	\bar{x}	+/-	\bar{x}	+/-
WBC 10 ⁹ /L	2.2	0.4	8.5	0.6	20.8	2.5
LYM 10 ⁹ /L	1.3	0.5	2.9	0.5	3.9	1.5
LYM %	60.6	8.0	34.3	6.0	18.7	6.0
MID 10 ⁹ /L	0.2	0.2	0.6	0.3	1.8	1.0
MID %	5.5	4.5	7.1	5.0	8.6	5.0
GRAN 10 ⁹ /L	0.8	0.8	5.0	1.0	15.1	3.0
GRAN %	33.9	8.0	58.6	7.0	72.7	8.0
RBC 10 ¹² /L	2.18	0.15	4.07	0.20	5.17	0.25
HGB g/dL	5.2	0.5	10.4	0.6	14.4	0.7
[HGB] g/L	52	5	104	6	144	7
HCT %	16.1	2.0	31.7	3.0	42.9	4.0
[HCT] L/L	0.161	0.020	0.317	0.030	0.429	0.040
MCV fL	74	6	78	6	83	6
MCH pg	23.9	2.0	25.6	2.0	27.9	2.0
MCHC g/dL	32.3	3.0	32.8	3.0	33.6	3.0
[MCHC] g/L	323	30	328	30	336	30
RDW %	17.0	5.0	17.1	5.0	16.0	5.0
PLT 10 ⁹ /L	78	15	206	30	545	60
MPV fL	10.1	1.5	9.7	1.5	9.4	1.5

Instrument ³
Diatron[®] Abacus,
Abacus Jr.

Parameter ⁴	CONTROL ⁵ L		CONTROL ⁵ N		CONTROL ⁵ H	
	LOT 01600422		LOT 01600423		LOT 01600424	
	\bar{x}	+/-	\bar{x}	+/-	\bar{x}	+/-
WBC 10 ⁹ /L	2.3	0.4	8.4	0.6	19.5	2.5
LYM 10 ⁹ /L	1.3	0.5	2.5	0.5	2.8	1.5
LYM %	56.1	8.0	29.3	6.0	14.4	6.0
MID 10 ⁹ /L	0.2	0.2	0.9	0.3	2.2	1.0
MID %	6.8	6.0	10.2	5.0	11.1	5.0
GRAN 10 ⁹ /L	0.9	0.8	5.1	1.0	14.5	3.0
GRAN %	37.4	8.0	60.6	7.0	74.6	8.0
RBC 10 ¹² /L	2.27	0.15	4.12	0.20	5.06	0.25
HGB g/dL	5.4	0.5	10.7	0.6	14.7	0.7
[HGB] g/L	54	5	107	6	147	7
HCT %	17.3	2.0	32.9	3.0	42.6	4.0
[HCT] L/L	0.173	0.020	0.329	0.030	0.426	0.040
MCV fL	76.2	6.0	79.9	6.0	84.2	6.0
MCH pg	23.8	2.0	26.0	2.0	29.1	2.0
MCHC g/dL	31.2	3.0	32.5	3.0	34.5	3.0
[MCHC] g/L	312	30	325	30	345	30
RDW %	19.3	5.0	19.4	5.0	18.4	5.0
PLT 10 ⁹ /L	71	15	219	30	605	60
PCT %	NA	0.03	NA	0.06	NA	0.20
MPV fL	9.9	1.5	10.0	1.5	10.0	1.5
PDW %	NA	5.5	NA	3.7	NA	2.7

Instrument ³ Nihon Kohden Celltac a MEK-6400 Series / MEK-6500	CONTROL ⁵ L		CONTROL ⁵ N		CONTROL ⁵ H	
	LOT 01600422		LOT 01600423		LOT 01600424	
	\bar{x}	+/-	\bar{x}	+/-	\bar{x}	+/-
Parameter ⁴	\bar{x}	+/-	\bar{x}	+/-	\bar{x}	+/-
WBC 10 ⁹ /L	2.2	0.4	8.2	0.6	20.4	2.5
LYM 10 ⁹ /L	1.5	0.5	3.2	0.5	5.2	1.5
LYM %	68.8	11.0	38.5	6.0	25.4	6.0
MID 10 ⁹ /L	0.2	0.2	0.6	0.3	2.1	1.0
MID %	6.0	6.0	7.4	5.0	10.3	5.0
GRAN 10 ⁹ /L	0.8	0.8	4.4	1.0	13.1	3.0
GRAN %	26.6	11.0	54.1	7.0	64.3	8.0
RBC 10 ¹² /L	2.27	0.15	4.21	0.20	5.18	0.25
HGB g/dL	5.3	0.5	10.7	0.6	14.8	0.7
[HGB] g/L	53	5	107	6	148	7
HCT %	16.8	2.0	32.4	3.0	42.5	4.0
[HCT] L/L	0.168	0.020	0.324	0.030	0.425	0.040
MCV fL	74	6	77	6	82	6
MCH pg	23.3	2.0	25.4	2.0	28.6	2.0
MCHC g/dL	31.5	3.0	33.0	3.0	34.8	3.0
[MCHC] g/L	315	30	330	30	348	30
RDW %	19.6	5.0	19.0	5.0	18.4	5.0
PLT 10 ⁹ /L	87	15	249	30	649	60
PCT %	0.07	0.03	0.19	0.06	0.50	0.20
MPV fL	7.7	1.5	7.5	1.5	7.7	1.5
PDW %	13.7	5.5	12.9	3.7	12.9	2.7

1 Multi-Parameter Assayed Hematology Control

Kontrolní hematologické látky pro multiparametrickou analýzu / Contrôle dosé d'hématologie à paramètres multiples / Hämatologie-Kontrolle mit Sollwertzuweisung für mehrere Parameter / Controllo di analisi ematologica multi-parametro / Analysert hematologikontroll for flere parameter / Wielo-parametrowa oznaczona kontrola hematologiczna. / Control hematológico ensayado de múltiples parámetros / Multiparameterkontroll för analyserad hematologi

2 Open-vial stability 30 days

Stabilita otevřené lékovky 30 dní / Stabilité en flacon ouvert 30 jours / Stabilität geöffnete Flaschen 30 Tage / Stabiliteten til åpnet ampulle 30 dager / Stabilità della fiala aperta 30 giorni / Trwałość otwartego opakowania 30 liczba dni / Estabilidad de la cápsula abierta 30 días / Hållbarhet för öppen flaska 30 dagar

3 Instrument

Nástroj / Instrument / Gerät / Strumento / Instrument / Aparat / Instrumento / Instrument

4 Parameter

Parametr / Paramètre / Parameter / Parametro / Parameter / Parametr / Parámetro / Parameter

5 Control

Kontrola / Contrôle / Kontrolle / Controllo / Kontroll / Kontrola / Control / Kontroll

\bar{x} Mean

Střední hodnota / Moyenne / Mittelwert / Media / Gjennomsnitt / Wartość średnia / Media / Medelvärde

+/- Expected Range

± očekávaný rozsah / ± Intervalle escompté / ± Erwartungsbereich / ± Range previsto / ± Forventet område / ± Zakres wartości oczekiwanych / ± Interval previsto / ± Förväntat intervall

[] SI Units

Mezinárodní soustava jednotek SI / Unitès SI / SI- Einheiten / Unità SI / SI-måleenheter / Jednostki SI / Unidades SI / SI-enheter

Instrument ³ HTI MicroCC-20 Plus	CONTROL ⁵ L		CONTROL ⁵ N		CONTROL ⁵ H	
	LOT 01600422		LOT 01600423		LOT 01600424	
	\bar{x}	+/-	\bar{x}	+/-	\bar{x}	+/-
Parameter ⁴	\bar{x}	+/-	\bar{x}	+/-	\bar{x}	+/-
WBC 10 ⁹ /L	2.0	0.4	7.3	0.6	17.4	2.5
LYM 10 ⁹ /L	1.1	0.5	2.3	0.5	2.9	1.5
LYM %	55.7	8.0	31.0	6.0	16.5	6.0
MID 10 ⁹ /L	0.2	0.2	0.8	0.3	2.1	1.0
MID %	9.0	4.5	10.5	5.0	12.3	5.0
GRAN 10 ⁹ /L	0.8	0.8	4.3	1.0	12.4	3.0
GRAN %	35.3	8.0	58.5	7.0	71.2	8.0
RBC 10 ¹² /L	2.18	0.15	4.05	0.20	5.09	0.25
HGB g/dL	5.5	0.5	10.8	0.6	15.0	0.7
[HGB] g/L	55	5	108	6	150	7
HCT %	18.0	2.0	34.4	3.0	45.4	4.0
[HCT] L/L	0.180	0.020	0.344	0.030	0.454	0.040
MCV fL	82.6	6.0	85.0	6.0	89.1	6.0
MCH pg	25.2	2.0	26.7	2.0	29.5	2.0
MCHC g/dL	30.6	3.0	31.4	3.0	33.0	3.0
[MCHC] g/L	306	30	314	30	330	30
RDW %	13.9	5.0	14.1	5.0	13.7	5.0
PLT 10 ⁹ /L	83	25	208	30	529	60
MPV fL	8.1	1.5	7.9	1.5	7.9	1.5

* CELL-DYN 1400 instruments disregard MID values.

Přístroje CELL-DYN ignorují hodnoty MID. / Les instruments CELL-DYN 1400 ignorent les valeurs MID. / CELL-DYN 1400 Geräte ignorieren MID-Werte. / Gli strumenti CELL-DYN 1400 ignorano i valori INTERMEDI. / CELL-DYN 1400-instrumenter ignorerer MID-verdier. / Analizatory CELL-DYN 1400 nie liczą leukocytów MID (o objętości pomiędzy neutrofilami a limfocytami). / Los instrumentos CELL-DYN 1400 no toman en cuenta los valores de la población de células de tamaño mediano. / CELL-DYN 1400-instrument bortser från MID-värden.

** CD-1800 MPV values may report intermittently with Para 12 Extend.

Hodnoty CD-1800 MPV se při použití Para 12 Extend mohou hlásit přerušovaně. / Lorsque le Para 12 Extend est utilisé sur le CD-1800, il se peut que les valeurs du volume plaquettaire moyen (VPM) soient rapportées d'une façon sporadique. / Bei Verwendung von Para 12 Extend werden die durchschnittlichen Thrombozytenwerte von CD-1800 unter Umständen unregelmäßig angegeben. / I valori del volume piastrinico medio possono essere refertati dal CD-1800 in modo intermittente quando si utilizza Para 12 Extend. / Bruk av Para 12 Extend kan medføre intermitterende CD-1800-rapportering av gjennomsnittlige blodplateverdier. / Para 12 Extend umozliwia okresowe podawanie wartości przez CELL-DYN 1800. / Con Para 12 Extend, la notificación de los volúmenes plaquetarios medios por parte del CD-1800 podría ser intermitente. / När Para 12 Extend används kan genomsnittliga trombocytvolym som rapporteras av CELL-DYN 1800 rapporteras emellanåt.

Alarms or flags may be seen with Para 12 Extend. These alarms and flags may be disregarded if the control is performing within the assay ranges.

Alarmy nebo praporky upozornění lze vidět u Para 12 Extend. Tyto alarmy a praporky se mohou ignorovat, pokud je kontrola v rozmezích analýzy.

Des alarmes ou indicateurs peuvent être observés avec Para 12 Extend. Ces alarmes et indicateurs peuvent être ignorés si le contrôle se situe dans les intervalles d'essai.

Es ist möglich, dass mit dem Para 12 Extend Alarm- oder Warnmeldungen (Flags) erscheinen. Derartige Alarm- und Warnmeldungen können ignoriert werden, wenn die Kontrollwerte innerhalb der Assaybereiche liegen.

Allarmi e flag possono essere osservati con Para 12 Extend. Questi allarmi e queste flag possono essere ignorati se i valori del controllo si trovano all'interno dei range di analisi.

Alarmer eller flagg kan sees med Para 12 Extend. Disse alarmene og flaggene kan ignoreres hvis kontrollen utføres innenfor analyseområdene.

Przy użyciu Para 12 Extend mogą pojawić się alarmy lub sygnały ostrzegawcze. Jeśli wyniki badania kontroli mieszczą się w zakresie oznaczeń, ostrzeżenia te można zignorować.

Pueden verse alarmas o indicadores con Para 12 Extend. Pueden pasarse por alto estas alarmas e indicadores si el control está funcionando dentro de las gamas de análisis.

Larm eller flaggor kan ses med Para 12 Extend. Man kan ignorera dessa larm och flaggor om kontrollens prestanda ligger inom fastställda områden för analysen.

The brand and product names of the instruments are trademarks of their respective holders.

Názvy obchodních značek a výrobků přístrojů jsou ochrannými známkami jejich příslušných držitelů. / Les noms de marques et de produits des instruments appartenant à leurs détenteurs respectifs. / Die Marken- und Produktnamen der Geräte sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. / Le marche e i nomi degli strumenti sono marchi registrati dei rispettivi titolari. / Merke- og produktnavnene til instrumentene er varemerker tilhørende de respektive eierne. / Nazwy rynkowe i nazwy produktu posacagaólnych przyrządów są chronionymi znakami towarowymi i stanowią własność ich posiadaczy. / Los nombres de marcas y productos de los instrumentos son marcas comerciales de sus titulares respectivos. / Instrumentmärken och produktnamn är varumärkta av respektive innehavare.